



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЕ15.В01917

Срок действия с 12.12.2011 по 11.12.2014

№ 0611972

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11МЕ15.

Орган по сертификации электрических ламп и светотехнических изделий ООО "Научно-технический центр электрических ламп и светотехнических изделий". Адрес: шоссе Светотехников, 3, г. Саранск, Республика Мордовия, Российская Федерация, 430034, тел. (8342)722620, 721020, факс (8342)722620, E-mail: vniis@moris.ru, ntc\_elsi@mail.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Облучатели бактерицидные настенные рециркуляторные с лампами низкого давления серии ОБНР "Кристалл" типов ОБНР 2x11 "Кристалл-2", ОБНР 2x15 "Кристалл-3".  
ТУ 3468-002-48655087-03.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

34 6896

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

по безопасности: ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001), ГОСТ Р 52161.2.65-2008;  
по ЭМС: ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) разд. 4;  
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2-2001) разд. 5, 7;  
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) разд. 6, 7;  
ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005)

код ТН ВЭД России:

9405 10 980 9

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "Диак". Адрес: ул. Лихачева, 35 В, г. Саранск, Республика Мордовия, 430031.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Диак".

Адрес: ул. Лихачева, 35 В, г. Саранск, Республика Мордовия, 430031. Факс (8342)55-49-60.



**НА ОСНОВАНИИ** результатов испытаний облучателей-типопредставителей ОБНР 2x11 "Кристалл-2": протокол испытаний № 182 от 08.12.2011, ИЛ ЭЛСИ ГУП Республики Мордовия "НИИИС имени А.Н. Лодыгина", рег. № РОСС RU.0001.22МЕ33 от 05.11.2009 до 05.11.2014, адрес: шоссе Светотехников, 3, г. Саранск, Республика Мордовия, 430034;  
протокол испытаний № 43L12Z-11 от 12.12.2011, ИЛ ЭП ЭМС ООО "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС", рег. № РОСС RU.0001.21МЭ48 от 06.08.2009 до 06.08.2014, адрес: ул. Ленинградская, д. 29, г. Химки, Московская обл., 141400.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на этикетке и (или) в товарном описании, для целей и эксплуатационной документации по ГОСТ Р 50460-92. Указание мер безопасности и условия эксплуатации в соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатации. Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

Т.А.Рожкова

инициалы, фамилия

Н.Н.Дергунова

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

ртуть

озон

Напряженность электромагнитного поля :

по электрической составляющей

по магнитной составляющей

Гигиенический  
норматив

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,0003 мг/м<sup>3</sup>

0,16 мг/м<sup>3</sup>

0,5 кв/м

10 мкТл

Область применения:

Для обеззараживания воздуха закрытых помещений .

Для медицинских учреждений, школ, детских дошкольных учреждений, парикмахерских, аптек, лабораторий и других помещений общественного, производственного, культурно-просветительного, торгового и бытового назначения.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Согласно ТУ 3468 - 002 - 48655087 - 03 .

Информация, наносимая на этикетку:

Согласно ТУ 3468 - 002 - 48655087 - 03 .

Заключение действительно до 23.04.2014 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



В. М. Конаикова

Подпись

Бланк N 2241410



Индикс 430080

Управление

Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
технического регулирования



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Мордовия

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 13.01.04.944.П.000218.04.09 ОТ 23.04.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Облучатели бактерицидные рециркуляторные с лампами низкого давления ОБНР " Кристалл -  
2 ", " Кристалл - 3 ".

изготовленная в соответствии  
ТУ 3468 - 002 - 48655087 - 03 .

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338 - 03 " Предельно - допустимые концентрации ( ПДК ) загрязняющих веществ в  
атмосферном воздухе населенных мест " .

Организация-изготовитель

ООО " Диак " , г.Саранск , ул.Лихачева , 35 "В"., Республика Мордовия (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО " Диак " , г.Саранск , ул.Лихачева , 35 "В"., Республика Мордовия (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение №5/43-246 от 21.04.09г., ФГУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в РМ  
"

№ 2241410