



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ГР01.В.01181

Серия RU № 0578641

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ГРОСТЕСТ»
 Место нахождения: 115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 5, строение 1
 Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГР01 срок действия с 13.07.2016
 Телефон: 8-499-685-40-49 Адрес электронной почты: info@grostest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Панорама Групп"
 Место нахождения: Россия, 123056, улица Большая Грузинская, дом 36а, строение 4, основной государственный
 регистрационный номер 1047796071839.
 Телефон: 74952292907 Адрес электронной почты: info@proffi.me
 Уполномоченное изготовителем «MED PRO CORPORATION»/(МЕД ПРО КОРПОРАТИОН) лицо

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «MED PRO CORPORATION»/(МЕД ПРО КОРПОРАТИОН)
 Место нахождения: Китай, 250001, Room 610, No.46-1 Jingliu Road, Ji'nan/(Рум 610, Но.46-1 Джинглиу Роуд, Джинан 25001)

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения: электроприборы для увлажнения, ароматизации воздуха, марки:
 "PROFFI", артикулы: PH8752, PH8753, PH8754, PH8755, PH8756, PH8757, PH8758 PH8789, PH8790, PH8791. Продукция
 изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU, 2014/30/EU.
 Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8509 80 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 1490917 от 06.09.2017 года, выданного
 Испытательным центром Закрытого акционерного общества "Спектр-К" (регистрационный номер аттестата аккредитации
 RA.RU.21ГД02)
 Акта о результатах анализа состояния производства № ГР/17/06/128 от 07.09.2017 года, органа по сертификации ООО
 "ГРОСТЕСТ" (Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГР01, выдан 28.06.2016 года)
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование стандартов применяемых на добровольной
 основе для соблюдения требований Технических регламентов Таможенного союза согласно приложению бланк №0391246. Срок
 службы – 5 лет. Хранить в крытых отопляемых и вентилируемых помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных
 лучей, атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от -25 до +35 °С, относительной влажности воздуха до 70%.
 В помещениях, где хранятся продукция и элементы изделий, не должно быть паров кислот, щелочей. Срок хранения – 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.09.2017 ПО 06.09.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Морозов Сергей Владимирович
 (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

Бедняков Артем Николаевич
 (инициалы, фамилия)