



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ГР01.В.01180

Серия RU № 0578640

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ГРОСТЕСТ»
 Место нахождения: 115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 5, строение 1
 Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГР01 срок действия с 13.07.2016
 Телефон: 8-499-685-40-49 Адрес электронной почты: info@groctest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Панорама Групп"
 Место нахождения: Россия, 123056, улица Большая Грузинская, дом 36а, строение 4, основной государственный регистрационный номер 1047796071839.
 Телефон: 74952292907 Адрес электронной почты: info@proffi.me
 Уполномоченное изготовителем «MED PRO CORPORATION»/(МЕД ПРО КОРПОРАЦИОН) лицо

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «MED PRO CORPORATION»/(МЕД ПРО КОРПОРАЦИОН)
 Место нахождения: Китай, 250001, Room 610, No.46-1 Jingliu Road, Ji'nan/(Рум 610, Но.46-1 Джинглиу Роуд, Джинан 25001)

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения: электроприборы для увлажнения, ароматизации воздуха, марки: "PROFFI", модели: PH8723, PH8724, PH8725, PH8772, PH8773, PH8774, PH8775, PH8785, PH8786, PH8749, PH8750, PH8751, PH8759, PH8760, PH8761, PH8762, PH8787, PH8788. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU.
 Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8479 89 970 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 1480917 от 06.09.2017 года, выданного
 Испытательным центром Закрытого акционерного общества "Спектр-К" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ГД02)

Акта о результатах анализа состояния производства № ГР/17/06/127 от 07.09.2017 года, органа по сертификации ООО
 "ГРОСТЕСТ" (Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГР01, выдан 28.06.2016 года)

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы – 5 лет. Хранить в крытых отапливаемых и вентилируемых помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от -25 до +35 °С, относительной влажности воздуха до 70%. В помещениях, где хранятся продукция и элементы изделий, не должно быть паров кислот, щелочей.
 Срок хранения – 5 лет. ГОСТ 30805.14.1-2013 (раздел 4) "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений", ГОСТ 30805.14.2-2013 (разделы 4 и 5; подраздел 7.2) "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.09.2017 ПО 06.09.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

Морозов Сергей Владимирович
 (инициалы, фамилия)

Бедняков Артем Николаевич
 (инициалы, фамилия)