

Общество с ограниченной ответственностью
МЕДПОЛИМЕРТОРГ
109428, Москва, Рязанский пр-т, д. 8А

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 4

« ____ » январь- 2019 г.

Наименование продукции:

Мочеприемник мужской полимерный типа «Утка»

Производитель: ООО «Медполимерторг»

Номер партии: _____

Количество: _____

Дата изготовления: _____

Упаковка, маркировка: ГОСТ 10354-82, ГОСТ 14192-77

Испытания выполнено по ТУ 9398-002-18388175-2005

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07406

Акт отбора пробы: _____

Наименование показателей	Норма НТД	Результаты испытаний
Масса, кг.	не более 0,2	0,18
Цена деления шкалы	0,025	соответствует
Выдерживаемая нагрузка, Н	не менее 150	152
Выдерживаемая нагрузка н ручку, Н	не менее 20	23
Чистота поверхности	не ниже 9	Соответствует
Габаритные размеры	270 x 100 x 140	соответствует
Устойчивость к дезинфекции	МУ 287-113 ТУ 6-01-4689387-16-89	соответствует

Заключение : Соответствует ТУ

