



Россия, 141070, Московская область, г.Королев, ул. Пионерская 12, Тел./Факс. 724-11-24,124-32-60

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-30

- 1.Дата составления: 14.05.2008 г. 2.Место составления: г. Москва
- 3.Составлено экспертом: Горячевой И.Ю.
- 4.Заказчик экспертизы: ИП Алфимов А.Е., 127490, г. Москва, ул. Декабристов, д. 21, Российская Федерация.
- 5.Задача экспертизы: Определить необходимость обязательной сертификации в системе ГОСТ Р для товара: калипер (измеритель подкожного жира) механический для физиологических исследований спортсменов.
- 6.Основание для проведения экспертизы: Заявка № 1-30 от 14.05.2008 г. ИП Алфимов А.Е., 127490, г. Москва, ул. Декабристов, д. 21,Российская Федерация.
- 7.Результат экспертизы: К экспертизе предъявлен следующий товар: калипер (измеритель подкожного жира) механический для физиологических исследований спортсменов из пластмассы.
- На основании анализа нормативной документации, действующей в Российской Федерации, на момент проведения экспертизы, установлено:

Согласно Товарной Номенклатуре Внешнеэкономической Деятельности: данный калипер следует отнести к группе 39 (Пластмассы и изделия из них), товарной позиции 3926 (Изделия прочие из пластмасс) и коду 3926 90 9808 (Прочие)

Согласно Общероссийскому классификатору продукции, данный калипер следует отнести к классу 96 (Изделия культурно-бытового, хозяйственного, учебного назначения, театрально-зрелищных предприятий, вспомогательные для легкой промышленности) и коду 96 1715 (Приборы для физиологических исследований спортсменов)

Согласно кодам ТН ВЭД России и К-ОКП, калипер (измеритель подкожного жира) механический для физиологических исследований спортсменов из пластмассы, на момент проведения экспертизы, **не включен** в "Список товаров, для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации" на основании Письма ФТС России от 19 декабря 2006 г. N 06-73/44906 "О списке товаров, для которые требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации", а также **не включен** в "Номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Российской Федерации" на основании Постановления N 64 от 30 июля 2002г. Государственного Комитета Российской Федерации по Стандартизации и Метрологии (в ред. Постановлений Госстандарта РФ от 08.01.2003 N 3, от 13.01.2003 N 6, Поправок, утв. Госстандартом РФ, Постановлений Госстандарта РФ от 31.12.2002 N 127, от 12.05.2003 N 41, от 05.06.2003 N 51, от 26.06.2003 N 61, от 08.10.2003 N 111, Приказов Ростехрегулирования от 22.07.2004 N 7, от 13.10.2004 N 57, от 08.02.2006 N 267, Уточнений, утв. Ростехрегулированием)

В случае внесения изменений в вышеперечисленные нормативные документы, настоящее заключение теряет силу.

8. Заключение эксперта.

Калипер (измеритель подкожного жира) механический для физиологических исследований спортсменов из пластмассы согласно ТНВЭД России имеет код 3926 90 9808, согласно К-ОКП имеет код 96 1715, и на момент проведения экспертизы, согласно кодам ТНВЭД и К-ОКП, **не подлежит обязательной сертификации в системе ГОСТ Р.**

*Копия
Взять*

**АЛФИМОВ
АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬВИЧ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 "ЭКСПЕРТИЗА-РЕГИОН"
 ОГРН 5027000334521
 ОГРНИП 5027000334521
 МОСКВА

Дата начала экспертизы: 14.05.2008 г. Дата окончания экспертизы: 14.05.2008 г.

Дата регистрации: 14.05.2008 г. Эксперт: *Горячева И.Ю.*

Заключение получил *(Алфимова Т.Н.)* - представитель заказчика экспертизы, подпись, расшифровка подписи

