



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество «КомплектСервис», (уполномоченное изготовителем лицо на основании договора № 01-3 от 29.01.2019).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 125413, Российская Федерация, город Москва, улица Солнечногорская, д. 4, строение 10, мансарда, Основной государственный регистрационный номер: 1027739101004, телефон: 74959871892, адрес электронной почты: info@csmedica.ru

В лице Исполнительного директора Крикунчика Максима Борисовича

заявляет, что Ингалятор компрессорный OMRON, модель: C17 (NE-C101-RU)

Изготовитель "3A HEALTH CARE S.r.l."

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Via Marziale Cerutti, 90F/G 25017 Lonato del Garda (BS), Italy.

Код ТНВЭД ЕАЭС 9019 20 000 0, серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии прията на основании протокола испытаний №2020.D-260.09CP от 28.09.2020 г. ООО Испытательный лабораторный центр "МедТестПрибор", рег. № РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015 Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация Обозначение и наименование стандартов: ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний. Срок службы: компрессор - 5 лет, воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см) – небулайзерная камера – загубник – маска для детей – маска для взрослых – насадка для носа – переходник: 1 год; воздушный фильтр: 70 сеансов. Условия хранения: влажность от 5 до 95% при t -20 до +60°C, атмосферном давлении от 500 до 1060 гПа. Срок хранения не установлен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.10.2025 включительно



Крикунчик Максим Борисович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.АБ69.В.03722/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.10.2020