

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ**

**CS**  
**MEDICA** ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР  
ПОЛОСТИ РТА  
**CS Medica AquaPulsar CS-3**  
микропузырьковая технология «Air+»  
и 4 функциональные насадки



Благодарим Вас за приобретение портативного ирригатора полости рта  
**CS Medica AquaPulsar CS-3.**



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации  
данного устройства. Сохраните это руководство для получения  
необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в середине настоящего руководства по  
эксплуатации.  
При покупке требуйте правильного его заполнения: проставления печати  
предавца и даты продажи.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **Перед использованием прибора**

|  |    |
|--|----|
| 1. Предостережения . . . . .   | 2  |
| 2. Правила эксплуатации, предупреждения<br>и меры предосторожности . . . . . | 3  |
| 3. Показания к применению, противопоказания<br>и побочные эффекты . . . . .  | 7  |
| 4. Особенности прибора . . . . .   | 8  |
| 5. Назначение и принцип работы . . . . .                                     | 10 |
| 6. Описание . . . . .  | 12 |

### **Инструкции по эксплуатации**

|  |    |
|--|----|
| 7. Подготовка к использованию . . . . .          | 14 |
| 8. Использование прибора . . . . .               | 18 |
| 9. Уход, хранение и очистка . . . . .            | 23 |
| 10. Утилизация . . . . .                         | 25 |
| 11. Устранение ошибок и неисправностей . . . . . | 26 |
| 12. Технические характеристики . . . . .         | 31 |

## **1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**

### **Обстоятельства, при которых потребитель должен проконсультироваться с врачом:**

- Если Вы недавно перенесли периодонтальную или стоматологическую хирургическую операцию или проходите курс лечения, связанный с проблемами в ротовой полости, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием ирригатора.
- Проконсультируйтесь со своим стоматологом также в том случае, если у Вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора.

## 2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочтайте данный раздел.

При использовании прибора всегда соблюдайте основные правила техники безопасности, включая следующие:



### Предупреждение:

*Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к серьезным травмам.*

- Используйте прибор только по прямому назначению, указанному в данном руководстве.
- Не предназначен для детей младше 3 лет. Рекомендованный возраст для пользования данным ирригатором полости рта – от 8 лет.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра рядом с работающим прибором. Дети должны использовать ирригатор под присмотром взрослых.
- Настоящий прибор, а также его принадлежности и упаковочные материалы (картонная упаковка, пластиковые пакеты и т.д.) не являются игрушками! Прибор содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены. Всегда храните прибор, комплектующие и упаковочные элементы в недоступном для младенцев и детей месте.
- Если во время использования данного прибора возникают необычные ощущения, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.

- Перед каждым использованием убедитесь, что прибор и его компоненты не повреждены. В случае обнаружения неисправностей или повреждений не пользуйтесь изделием и обратитесь в ближайший к Вам центр технического обслуживания продукции CS Medica, адреса которых указаны в настоящем руководстве.
- Не подключайте зарядное устройство к сети мокрыми руками.
- Направляйте струю воды только на зубы и десны. Не направляйте струю воды в глотку, нос, ухо и другие части тела. Струя воды, подаваемая под напором, может быть небезопасной и нанести вред здоровью.
- После использования и очистки убедитесь в том, что прибор отключен от сети.

**Внимание:**

**Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к незначительной травме, травме средней тяжести или порче имущества.**

- Прибор предназначен для использования в помещении.
- Подключайте устройство к электрической сети с требуемыми параметрами, которые указаны на задней части электронного блока, в месте крепления резервуара для растворов.
- Используйте только чистую воду или другие растворы, рекомендованные Вашим стоматологом. Не используйте жидкости для полоскания, которые содержат йод или отбеливатель, а также концентрированные эфирные масла, не растворимые в воде. Их использование может ухудшить работу прибора и сократить срок эксплуатации.
- Не допускайте попадания воды на зарядное устройство.

- Не используйте зарядные устройства, не предназначенные для зарядки данного ирригатора.
- Не включайте прибор, если в резервуаре нет воды, и обязательно выливайте всю оставшуюся воду после использования.
- Не производите подзарядку прибора, если в резервуаре имеется раствор.
- Каждая насадка предназначена только для индивидуального использования. Для удобства идентификации именно вашей насадки все насадки имеют цветные кольца. Чтобы исключить вероятность контаминации (перекрестного заражения), всегда пользуйтесь только своей индивидуальной насадкой. Заменяйте насадки по истечении срока службы.
- Очищать изделие следует в соответствии с рекомендациями, описанными в п. 9 настоящего руководства.
- Если Вы не планируете пользоваться устройством в течение длительного времени, отсоедините штекер питания от сети.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы не повредить поверхность кнопки.
- Наличие остатков воды внутри прибора объясняется 100% входным контролем с полной проверкой прибора на функциональность.
- Наличие смазки на уплотнениях предусмотрено технологически на период транспортировки и хранения прибора до начала эксплуатации. Также допускается наличие следов смазки на корпусе прибора.
- После начала эксплуатации смазка смывается через несколько циклов использования прибора. Повторное нанесение смазки не требуется.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ПРИБОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
СО СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!**

В качестве растворов для ирригации полости рта запрещено использовать следующее:

- Растворы, имеющие в составе взвешенные частицы (настои, отвары, супензии и др.).
- Использование вязких растворов с осадком может ухудшить работу ирригатора и привести к закупориванию трубы или насоса.
- Растворы, имеющие масляную основу. Их применение может оказывать разъедающее воздействие на трубку ирригатора.
- Обычные растворы для полоскания рта (коммерчески доступные ополаскиватели, которые не имеют четкого показания к применению в ирригаторе).
- Солевые растворы, зубная паста или химические вещества.

**Рекомендуется к применению для ирригации полости рта следующее:**

- Чистая теплая вода (до 40 °C), предварительно очищенная через фильтр.
- Специальные растворы, показанные к применению в ирригаторе.

**Соблюдайте следующие правила обращения с сетевым шнуром:**

- Не повреждайте и не обрывайте шнур.
- Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте шнур.
- Не вносите изменения в конструкцию шнура.
- Не кладите тяжелые предметы на сетевой шнур.

- Не используйте сетевой шнур с поврежденным проводом или штекером.
- Не пользуйтесь неисправным гнездом питания.

### **3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

#### **Показания к применению**

**Ирригатор полости рта предназначен для:**

- Профилактики кровоточивости десен при гингивите, пародонтите и комплексном лечении заболеваний десен.
- Комплексного ухода за полостью рта и межзубными промежутками, тщательного проведения гидромассажа десен.
- Ухода за полостью рта у людей с ортодонтическими системами, мостами и коронками.

#### **Противопоказания**

Противопоказано использование ирригатора в следующих случаях:

- При наличии заболеваний тканей пародонта в острой стадии.
- При наличии травм слизистой оболочки полости рта в остром периоде.

#### **Побочные эффекты**

- Во время первых нескольких применений ирригатора возможна незначительная кровоточивость десен.
- Если кровоточивость продолжится спустя 2 недели применения, прекратите использование ирригатора и проконсультируйтесь со стоматологом.

#### **4. ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА**

Конструктивно-функциональные особенности прибора позволяют сделать процесс ухода за полостью рта простым и эффективным:

##### **Портативный и мощный**

Портативность и компактность ирригатора позволяют использовать прибор не только в домашних условиях, но и при длительных поездках и путешествиях, но, несмотря на это, прибор обладает достаточной высокой мощностью:

- Максимальный уровень давления воды – 590 кПа.
- Максимальная частота пульсаций струи воды – 2000 имп/мин.

##### **Микропузырьковая технология очистки «Air+»**

Водно-воздушный компрессор образует микроскопические пузырьки воздуха, которые смешиваются с жидкостью. Обогащенная кислородом струя воды деликатно и качественно очищает полость рта и эффективно уничтожает болезнетворные микробы. Использование современной микропузырьковой технологии позволяет достичь максимального ухода за полостью рта.

##### **3 режима работы**

Благодаря наличию водно-воздушного компрессора, ирригатор может работать в трех разных режимах:

- «INTENSE» (590 кПа) – режим максимальной интенсивности для эффективного удаления остатков пищи из межзубных промежутков
- «NORMAL Air+» (390 кПа) – режим умеренной интенсивности с насыщением струи воды микропузырьками воздуха для повседневного применения

- «SOFT Air+» (200 кПа) – режим мягкого воздействия с насыщением струи воды микропузырьками воздуха для проведения деликатной очистки межзубных пространств и нежного массажа десен.

#### **4 функциональные насадки в комплекте**

Для проведения полноценного ухода за ротовой полостью, в комплект поставки портативного ирригатора входят 4 функциональные сменные насадки индивидуального использования: стандартные (2 шт.), ортодонтическая (1 шт.) для брекетов, пародонтальная (1 шт.) с мягким наконечником для чувствительных десен.

#### **Бесконтактное зарядное устройство**

Современное зарядное устройство индукционного типа существенно облегчит использование ирригатора и его подзарядку, сделает этот процесс более комфортным и эффективным. Конструкция зарядного устройства предусматривает возможность крепление к стене, что максимально рационально позволяет использовать пространство Вашей ванной комнаты.

#### **Чехол для хранения и переноски**

Чехол для хранения и переноски обеспечит аккуратное и бережное хранение прибора и аксессуаров в домашних условиях, при длительных поездках и путешествиях.

## **5. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ**



### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Портативный ирригатор полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3 предназначен для проведения эффективных и безопасных гигиенических процедур ротовой полости и тщательного гидромассажа десен в домашних условиях, при длительных поездках и путешествиях.



### **ПРИНЦИП РАБОТЫ**

Ирригатор представляет собой компактное устройство, позволяющее с помощью направленной струи воды эффективно и деликатно удалять мягкий зубной налет, очищать межзубное пространство, пришеечные области зуба и другие труднодоступные места полости рта от остатков пищи.

Струя воды не только очищает межзубное пространство, но и тщательно массирует десны, тем самым усиливая микроциркуляцию крови, что является хорошей профилактикой заболеваний десен.

Гидромассаж десен водой оказывает благоприятное воздействие на лимфоток, улучшает общий и местный обмен веществ в тканях полости рта, очищает десневые карманы, вымывает их содержимое.

Кроме того, прибор незаменим при ношении брекет-систем и ортопедических конструкций (коронок, съемных/несъемных протезов). Мощная, точно направ-



вленная струя воды позволяет аккуратно чистить коронки, зубные протезы и брекеты.

Использование ирригаторе жидкостей для полоскания полости рта, рекомендованных Вашим стоматологом, усиливает лечебный эффект. Это могут быть специальные жидкости для ирригации и ополаскиватели полости рта, а также антисептические растворы (хлоргексидин 0,05% и мираминстин 0,01%). После использования любых растворов промывайте ирригатор, чтобы предотвратить образование отложений на внутренних частях прибора (см. п. 9 «Уход, хранение и очистка»).

#### Круг пользователей

Люди, которые осуществляют гигиену полости рта.

Данный прибор не предназначен для самостоятельного использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они не будут обучены и проинструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их безопасность.

Кроме того, пользователь должен понимать основные принципы действия прибора и содержание руководства по эксплуатации.


#### Сфера применения

Прибор предназначен для индивидуального использования в домашних условиях, длительных поездках и путешествиях в целях проведения гигиены полости рта.


## **6. ОПИСАНИЕ**

Ниже приведены основные составные части и комплектующие ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3.

**Передняя  
сторона прибора**




**Задняя  
сторона прибора**



- 1 – Насадка  
для ирригатора  
(в комплекте 4 штуки)
- 2 – Кнопка для  
извлечения насадки
- 3 – Электронный блок
- 4 – Кнопка включения/  
выключения питания  
и подачи струи
- 5 – Кнопка переключения  
режимов работы
- Индикация выбранных  
режимов работы*
- 6 – «INTENSE»
- 7 – «NORMAL Air+»
- 8 – «SOFT Air+»
- 9 – Световой индикатор  
зарядки
- 10 – Кольцо-  
идентификатор  
пользователя
- 11 – Прорезиненный  
элемент рукоятки
- 12 – Трубка подачи  
раствора
- 13 – Фильтр
- 14 – Уплотнительное  
кольцо (большое)
- 15 – Резервуар  
для растворов
- 16 – Отверстие  
для добавления  
раствора
- 17 – Уплотнительное  
кольцо (малое)
- 18 – Крышка резервуара  
для растворов
- 19 – Зарядное  
устройство
- 20 – Сетевой шнур
- 21 – Штекер питания
- 22 – Комплект для  
настенного крепле-  
ния ирригатора  
(2 шурупа, 2 дюбеля)
- 23 – Чехол для хранения  
и переноски
- 24 – Руководство  
по эксплуатации  
с гарантийным  
талоном

Для проведения полноценного ухода за ротовой полостью, в комплект поставки входят 4 функциональные сменные насадки:



Стандартные (2 шт.)

Ортодонтальная (1 шт.)

Пародонтальная (1 шт.)

## 7. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### **Примечание:**

- Перед каждым использованием обязательно проверяйте прибор, сетевой шнур и штекер питания на отсутствие повреждений.
- Из-за гигиенических соображений перед первым использованием, а также в случае, если устройство не использовалось в течение длительного времени, ирригатор необходимо промывать. Для этого полно-


стью заполните резервуар водой и включите устройство, направляя при этом ручку ирригатора вниз в раковину.

- При первом использовании заполните резервуар жидкостью и протестируйте работу устройства! Ознакомьтесь с интенсивностью режимов работы прибора до его применения.

### 7.1 Крепление прибора к стене

При необходимости Вы можете прикрепить ирригатор к стене. Для этого выберите место вблизи розетки, установите дюбели и шурупы в стену (входят в комплект поставки), предварительно измерив расстояние между отверстиями, которые расположены на задней стороне зарядного устройства. Соедините отверстия зарядного устройства с установленными шурупами. Дополнительно проверьте надежность крепления.

Теперь Вы можете установить ирригатор на зарядное устройство.



## 7.2 Подзарядка

После приобретения ирригатора сразу же подзаряжите его до максимального уровня в течение 16 часов (непрерывно), а также в случае, если прибор не использовался длительное время (более 3-х месяцев).

Установите ирригатор на зарядное устройство и вставьте штекер питания в электрическую розетку. Начнется зарядка, на что укажет загоревшийся оранжевым цветом световой индикатор. После того, как электронный блок будет полностью заряжен, индикатор загорится зеленым цветом.

Если индикатор над символом заряда «» мигает во время и после процедуры ирригации, это означает, что необходимо подзарядить аккумуляторный элемент питания.

Для последующих подзарядок ирригатора продолжительность составит 16 часов (непрерывно).



**Примечание:**

- В процессе подзарядки электронный блок и зарядное устройство могут немного нагреваться.
- Во время подзарядки включить питание ирригатора не получится.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство, в противном случае, прибор может быть поврежден.

### 7.3 Установка/замена сменных насадок

Прежде, чем приступать к установке/замене насадки, убедитесь в том, что ирригатор выключен.

- Возьмите необходимую насадку, удостоверьтесь в ее исправности и установите в соответствующее углубление в верхней части ирригатора до упора.
- Для замены насадки нажмите на кнопку извлечения насадки и потянните насадку вверх.
- Установите другую насадку.




## **8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА**


### ***Примечание:***

- *Ирригатор не заменяет зубную щетку, а является дополнением к ней.*
- *НИКОГДА не оставляйте устройство включенным, если оно не используется. При отсутствии воды давление, создаваемое ирригатором, может повредить устройство.*

Возьмите ирригатор и установите резервуар на заднюю часть прибора, аккуратно совместив направляющие резервуара и электронного блока, до характерного щелчка.



Откройте крышку резервуара и наполните его теплой водой или раствором для полоскания рта, рекомендуемый Вашим стоматологом. Закройте плотно крышку и дополнительно убедитесь, что обеспечивается плотное соединение.





**Примечание:**

- Использование в ирригаторе нефильтрованной водопроводной воды может со временем привести к образованию известкового налета и отложений во внутренних частях прибора, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на его работе.
- Не используйте горячую воду (выше 40 °C).

Возьмите Вашу индивидуальную насадку и установите ее в ирригатор до щелчка. При первом использовании прибора рекомендуется начинать с минимальной интенсивности (режим «SOFT Air+»).

Нажатием на кнопку переключения режимов Вы можете выбрать один из трех режимов работы ирригатора. Выберите наиболее подходящий в данный момент режим. Во время ирригации Вы также можете менять текущий режим на другой, постепенно нажимая на кнопку переключения режимов «MODE».



– режим максимальной интенсивности без насыщения воды микропузырьками воздуха для эффективного удаления остатков пищи из межзубных промежутков за счет мощной направленной струи воды.







– режим нормальной умеренной интенсивности с насыщением струи воды микропузырьками воздуха для повседневного применения: удаления мягкого бактериального зубного налета, очищения межзубных пространств от остатков пищи, пришеечных областей зубов и других труднодоступных мест полости рта.



– режим мягкого воздействия с насыщением струи воды микропузырьками воздуха для проведения деликатной очистки межзубных пространств и нежного массажа чувствительных десен.




**Примечание:**

Текущий режим чистки можно определить визуально по соответствующему индикатору.

Поместите насадку в ротовую полость и только после этого включите питание, нажав на кнопку «» («Вкл./Выкл.») для начала процесса ирригации.

20



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



### Примечание:

- Чтобы избежать разбрызгивания воды, включайте и выключайте ирригатор только при нахождении насадки во рту.

Во время ирригации держите прибор в вертикальном положении, а рот приоткрытым. Слегка наклонитесь над раковиной, чтобы в нее стекала вода.

Направляйте водную струю под углом 90° к линии зубов. Направление водного потока можно регулировать, поворачивая насадку в нужном направлении (вращение на 360°), чтобы струя очищала все труднодоступные участки полости рта.

Совершайте круговые движения вдоль линии десен и между зубами, как показано на рисунке. Для достижения наилучшего результата, начинайте с задних зубов и постепенно переходите к передним.




Обратитесь к Вашему стоматологу для получения дальнейших рекомендаций по использованию прибора.

По завершении процедуры ирригации ротовой полости выключите устройство, нажав один раз на кнопку «» («Вкл./Выкл.»). Удалите из резервуара остатки жидкости.

### Примечание:

Регулярное использование в ирригаторе жидкостей для полоскания рта с течением времени может привести к образованию налета на элементах прибо-



ра (резервуар, насадки и др.), что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на его работе. Поэтому не забывайте промывать устройство сразу же после использования.


Отключите устройство от сети.

## ВИДЫ НАСАДОК И ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ



### 1. Стандартная насадка

– предназначена для проведения ежедневных процедур общей гигиены полости рта.



### 2. Ортодонтальная насадка

– предназначена для эффективного и бережного ухода за брекет-системами и ортодонтическими конструкциями.



### 3. Пародонтальная насадка

– насадка с мягким наконечником, предназначена для деликатной гигиены пародонтальных карманов при воспаленных состояниях десен и повышенной их чувствительности.

## **9. УХОД, ХРАНЕНИЕ И ОЧИСТКА**

Для поддержания прибора в хорошем состоянии и защиты его от повреждений, следуйте данным указаниям:

- После использования не оставляйте в резервуаре воду или какие-либо другие растворы.
- Если при использовании ирригатора Вы применяете какие-либо растворы для полоскания рта, обязательно промывайте устройство после каждого использования. Для этого полностью наполните резервуар теплой чистой водой и включите прибор, направляя при этом напор струи в раковину до полного расходования воды. Затем промойте отдельно насадку для ирригатора в течение нескольких секунд под струей воды. Отключите устройство от сети и протрите корпус насухо.
- Всегда храните ирригатор и аксессуары в чехле для хранения и переноски.
- Удаляйте загрязнения мягкой сухой тканью. При необходимости смачивайте ткань в воде или мягким моющим средством. Загрязненную поверхность также можно смочить водой, а затем протереть тканью.
- Не погружайте ирригатор и зарядное устройство в воду.
- Никогда не проводите очистку при помощи бензина, растворителя или мыльного раствора.
- Ирригатор может быть очищен от известкового налета и отложений при помощи белого уксуса (5%). Подготовьте 60 мл уксусного раствора, состоящего



из уксуса и воды (в соотношение 1:4). Налейте в резервуар ирригатора подготовленный раствор, направьте насадку в раковину и включите прибор в режиме «INTENSE». Повторно добавьте чистой воды и прогоните ее через ирригатор для удаления остатков уксусного раствора. Прополосните еще раз резервуар чистой теплой водой и протрите насухо.

- Следите за тем, чтобы корпус прибора и зарядное устройство были сухими перед подключением к электрической сети.
- Обязательно храните прибор, комплектующие и упаковочные элементы в недоступном для младенцев и детей месте.
- Не оставляйте прибор без присмотра в присутствии детей или недееспособных лиц.
- Не подвергайте прибор или его детали сильным ударам, например, нероняйте его на пол.
- Не храните прибор при чрезмерно высокой или низкой температуре, повышенной влажности или под прямыми солнечными лучами.
- Насадки для ирригатора Вы можете приобрести отдельно. Рекомендуется заменять стандартную насадку каждые 6 месяцев, а ортодонтальную насадку и пародонтальную насадку каждые 3 месяца.
- Утилизация устройства и любых заменяемых деталей должна осуществляться в соответствии с местными нормативными актами.

## 10. УТИЛИЗАЦИЯ



### Надлежащая утилизация продукта (отработанное электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании своего срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки.

По окончании срока службы изделия, его необходимо утилизировать в соответствии с национальными и региональными нормативными актами. В медицинских учреждениях, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» изделие подлежит утилизации как изделие класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам).

## 11. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Симптом   | Причина   | Способ решения  |
|---|---|---|
| Ничего не происходит при нажатии на кнопку «  » («Вкл./Выкл.») | <ul style="list-style-type: none"> <li>Аккумулятор разряжен по причине:           <ul style="list-style-type: none"> <li>прибор новый, его только приобрели</li> <li>прибор не использовался более 3-х месяцев</li> </ul> </li> <li>Полностью закончился заряд аккумулятора</li> <li>Рабочий ресурс аккумулятора подошел к концу</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Зарядите прибор до максимального уровня в течение 16 часов (непрерывно)</li> <li>Зарядите прибор до максимального уровня в течение 16 часов (непрерывно)</li> <li>Обратитесь в ближайший к Вам центр технического обслуживания продукции CS Medica</li> </ul>  |
| После включения прибора (мотор работает) вода из насадки не поступает   | <ul style="list-style-type: none"> <li>В резервуаре закончилась вода</li> <li>Трубка подачи раствора отсоединилась</li> <li>Соединение резервуара с основным блоком неплотное</li> <li>Устройство не использовалось в течение длительного времени, возможно, образовалась воздушная пробка</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Наполните резервуар для растворов</li> <li>Снимите трубку и установите снова</li> <li>Правильно установите резервуар на основной блок</li> <li>Для удаления воздушной пробки необходимо выполнить следующие действия:           <ul style="list-style-type: none"> <li>наполните резервуар теплой водой или раствором для полоскания рта;</li> <li>поместите насадку в ротовую полость и после этого включите прибор;</li> <li>плотно обхватив насадку губами, вытяните воздух из насадки для удаления воздушной пробки</li> </ul> </li> </ul> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Вода протекает из-под насадки            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Насадка установлена неплотно</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Снимите насадку и установите снова на место</li> </ul>   |
| Вода протекает из резервуара             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Резервуар установлен неплотно</li> <li>• Крышка резервуара закрыта неплотно</li> <li>• Нет уплотнительного кольца</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Снимите резервуар и установите снова</li> <li>• Убедитесь, что крышка закрыта плотно</li> <li>• Убедитесь, что уплотнительные кольца (большое и малое) на месте</li> </ul>               |
| Напор воды недостаточно мощный           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Засорился фильтр трубы подачи раствора</li> <li>• Засорилась насадка</li> <li>• Неправильное положение irrigатора</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Произведите очистку фильтра</li> <li>• Произведите очистку насадки</li> <li>• Во время процедуры держите прибор в вертикальном положении под углом 90° к линии зубов</li> </ul>          |
| Не загорается световой индикатор зарядки | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Штекер не вставлен в электрическую сеть</li> <li>• Нет питания в электрической сети</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что штекер вставлен в электрическую розетку. В случае необходимости извлеките штекер из розетки и вставьте его снова</li> <li>• Подключите прибор к другой розетке</li> </ul> |

В случае, если ни одно из предложенных решений не позволило решить проблему, не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно! Ни одна из его деталей не предназначена для обслуживания пользователем.

При обнаружении дефектов обращайтесь в ближайший к Вам центр технического обслуживания продукции CS Medica (адреса центров технического обслуживания указаны в конце данного руководства по эксплуатации).

Прибор не требует специального технического обслуживания.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1. При покупке товара требуйте правильного заполнения гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. Условия гарантии действуют в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей», регулируются законодательством страны и ни в коей мере не ограничивают права потребителей.
2. Гарантия теряет силу в случаях:
  - использования прибора с нарушением требований руководства по эксплуатации;
  - при ущербе в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
  - наличия механических или иных повреждений изделия;
  - проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;
  - разборки или любого другого постороннего вмешательства в конструкцию прибора.
3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:
  - естественным износом частей, имеющих ограниченный срок службы;
  - использование некачественных, выработавших свой ресурс при надлежностей;
  - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение и др.).

### Сроки службы и гарантии

| Комплектующие                                       | Срок гарантии | Срок службы |
|---|---------------|-------------|
| Основное устройство (электронный блок)              | 2 года        | 3 года      |
| Зарядное устройство                                 | 2 года        | 3 года      |
| Стандартная насадка                                 | 6 месяцев     | 6 месяцев   |
| Ортодонтическая насадка,<br>пародонтическая насадка | 3 месяца      | 3 месяца    |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463 «Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (в т.ч. медицинские изделия), предметы личной гигиены... входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.

В соответствии с п. 5 статьи 18 закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 «Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатка товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.»

## Гарантийный талон

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Штамп магазина      Подпись продавца \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен,  
внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Дата обращения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Заключение мастера, выполненные работы \_\_\_\_\_

Дата выдачи (возврата)  
прибора потребителю « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Подпись  
или штамп мастера

Работу принял \_\_\_\_\_  
(подпись клиента)

## 12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |   |
|--|---|
| Наименование   | Портативный ирригатор полости рта CS Medica AquaPulsar  |
| Модель   | CS-3  |
| Электрические параметры  | Зарядное устройство:<br>AC 100–240 В, 50/60 Гц<br>Аккумуляторный элемент питания:<br>DC 3,7 В |
| Потребляемая мощность  | Рабочая: 10 Вт<br>При подзарядке: 3,5 Вт  |
| Источник питания   | Литий-ионный аккумуляторный элемент питания 3,7 В / 800 мАч                                   |
| Способ подзарядки  | Бесконтактный индукционный  |
| Время, необходимое для полной подзарядки                       | Не менее 16 часов (непрерывно)  |
| Время непрерывной работы после полной подзарядки               | Не менее 5 дней (при условии, что ирригатор используется 2 раза в день по 2 минуты)           |
| Частота пульсации струи воды                                   | Min 1200 имп/мин<br>Max 2000 имп/мин  |
| Микропузырьковая технология насыщения струи пузырьками воздуха | Есть, Air+  |
| Количество режимов работы                                      | 3   |
| Давление воды при разных режимах работы                        | «INTENSE»: 590 кПа<br>«NORMAL Air+»: 390 кПа<br>«SOFT Air+»: 200 кПа                          |
| Вращение насадок в ирригаторе                                  | 360°  |
| Объем резервуара   | Не более 130 мл   |
| Время использования полного объема резервуара                  | Max 40 секунд   |
| Условия эксплуатации:  |   |
| температура окружающего воздуха от 5 до +40°C                  |   |
| относительная влажность  | от 30 до 70% (без образования конденсата)   |

|   |  |
|---|--|
| Условия хранения/транспортирования:<br>температура окружающего воздуха<br>относительная влажность<br>атмосферное давление | от -20 до +55°C<br>от 10 до 95% (без образования конденсата)<br>от 860 до 1060 гПа   |
| Масса <sup>1</sup>  | Не более 281 г   |
| Габаритные размеры <sup>1</sup>   | Не более 74,8 x 272 x 58,6 мм (Ш x В x Г)  |
| Задача от поражения<br>электрическим током  | Класс II   |
| Комплект поставки   | Электронный блок, резервуар для<br>растворов, насадки для ирригатора<br>(стандартные (2 шт.), ортодонтическая<br>(1 шт.), пародонтальная (1 шт.),<br>зарядное устройство, комплект для<br>настенного крепления ирригатора<br>(2 шурупа, 2 дюбелей),<br>чехол для хранения и переноски,<br>руководство по эксплуатации<br>с гарантитным талоном |

1 Масса и габаритные размеры указаны для электронного блока вместе с установленными  
насадкой (стандартная, ортодонтическая или пародонтальная) и резервуаром для растворов.

**Портативные ирригаторы полости рта CS Medi-  
са испытаны и зарегистрированы в России:**


- Регистрационное удостоверение: № РЗН 2018/7465  
от 24.12.2019 г. Срок действия не ограничен.
- Декларация о соответствии: № РОСС RU  
Д-СН.МП18.В.02370/20 от 11.02.2020 г.  
Срок действия до 11.02.2023 г.
- Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (п. 3, 4),  
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 52770-2016,  
ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011,  
ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015.
- Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электро-  
магнитная совместимость технических средств»  
№ ЕАЭС N RU Д-СН.АБ69.В.02893/20 от 14.02.2020 г.  
Срок действия до 13.02.2025 г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Ниже приведены дополнительные принадлежности, которые можно приобрести отдельно:



Насадки для портативного ирригатора CS Medica (стандартные)  
Модель: AP-31  
В комплекте:  
Стандартные насадки (2 шт.)



Насадки для портативного ирригатора CS Medica (ортодонтические)  
Модель: AP-32  
В комплекте:  
Ортодонтические насадки (2 шт.)



Насадки для портативного ирригатора CS Medica (пародонтологические)  
Модель: AP-33  
В комплекте:  
Пародонтологические насадки (2 шт.)

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условные обозначения, знаки, символы и пиктограммы, которые могут располагаться на изделии, товарной упаковке и в сопроводительной документации, имеют следующую расшифровку:

| Символ       | Расшифровка  |
|--------------|--|
|              | Производитель  |
|              | Обратитесь к руководству по эксплуатации   |
|              | Знак соответствия  |
|              | Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза             |
|              | Знак соответствия директиве ЕС   |
| <b>IPX 7</b> | Степень защиты корпуса зарядного устройства от проникновения твердых предметов и воды  |
| <b>IPX 4</b> | Степень защиты корпуса электронного блока от проникновения твердых предметов и воды    |
|              | Изделие Класса II<br>Защита от поражения электрическим током                           |
| <b>SN</b>    | Порядковый (серийный) номер  |
| <b>LOT</b>   | Код (номер) партии   |
|              | Рабочая часть Типа ВF<br>Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки) |
|              | Надлежащая утилизация продукта (отработанное электрическое и электронное оборудование) |
|              | Температурный диапазон / Диапазон влажности /<br>Ограничение атмосферного давления     |

#### ДАТА ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРА

Дата производства зашифрована в серийном номере, который расположен на задней части электронного блока, в месте крепления резервуара для растворов, обозначен буквой SN и имеет структуру – YYMMNNNN. Где YY – обозначает последние две цифры года производства, М – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNNN – порядковый номер изделия.

#### ДАТА ПРОИЗВОДСТВА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Дата производства зашифрована в LOT номере, который расположен на корпусе зарядного устройства, имеет структуру YYMMNNNN, где YY – обозначает последние две цифры года производства, MM – номер месяца производства, NNNN – порядковый номер партии.

#### Таблицы по электромагнитной совместимости (ЭМС)

#### Руководство и заявление производителя по электромагнитному излучению

Портативный ирригатор полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3 предназначен для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Заказчику или пользователю портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3 следует убедиться в том, что он используется именно в такой среде.

| Испытание излучения                                       | Соответствие | Указания относительно электромагнитной среды   |
|---|--------------|--|
| Радиоизлучения CISPR 11                                   | Группа 1     | В портативном ирригаторе полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3, РЧ энергия используется только для выполнения собственной внутренней функции. Следовательно, это РЧ излучение является очень низким и вряд ли может привести к каким-либо помехам для расположенного поблизости электронного оборудования. |
| Радиоизлучения CISPR 11                                   | Класс В      | Портативный ирригатор полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3 подходит для использования на всех хозяйственных объектах, в том числе в жилых и других помещениях, напрямую подключенных к низковольтной коммунальной электросети, обслуживающей здания, используемые в бытовых целях.                        |
| Гармоническое излучение IEC 61000-3-2                     | Не применимо |  |
| Излучение при колебаниях напряжения/фликере IEC 61000-3-3 | Не применимо |  |

**Руководство и заявление производителя по электромагнитной устойчивости**

Портативный ирригатор полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3 предназначен для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Заказчику или пользователю **портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3** следует убедиться в том, что он используется именно в такой среде.

| Испытание устойчивости  | IEC60601 уровень испытания                                       | Уровень соответствия  | Указания относительно электромагнитной среды  |
|---|--|---|---|
| Электростатический разряд (ЭСР) IEC 61000-4-2                   | ±8 кВ – контакт<br>±2 кВ,<br>±4 кВ,<br>±8 кВ,<br>±15 кВ – воздух | ±8 кВ – контактный ЭСР<br>±2 кВ, ±4 кВ,<br>±8 кВ,<br>±15 кВ – воздушный ЭСР | Желательно, чтобы пол был деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. Если пол покрыт синтетическим материалом, желательно, чтобы относительная влажность составляла, как минимум, 30%. |
| Магнитное поле с частотой питающей сети (50/60 Гц) IEC61000-4-8 |  | 30 А/м  | Желательно, чтобы магнитные поля с частотой питающей сети, соответствовали уровням, характерным для обычного места в обычной коммерческой или больничной обстановке.                                |

**Руководство и заявление производителя по электромагнитной устойчивости**

Портативный ирригатор полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3 предназначен для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Заказчику или пользователю **портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3** следует убедиться в том, что он используется именно в такой среде.

| Испытание устойчивости              | IEC 60601 уровень испытания  | Уровень соответствия   | Указания относительно электромагнитной среды   |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Излучаемые радиоволны IEC 61000-4-3 | 10 В/м от 80 МГц до 2,7 ГГц<br>385 МГц – 5785 МГц<br>Технические условия испытания УСТОЙЧИВОСТЬ ПОРТА КОРПУСА к беспроводному РЧ оборудованию связи (См. таблицу 9 IEC 60601-1-2:2014) | 10 В/м от 80 МГц до 2,7 ГГц<br>385 МГц – 5785 МГц<br>Технические условия испытания УСТОЙЧИВОСТЬ ПОРТА КОРПУСА к беспроводному РЧ оборудованию связи (См. таблицу 9 IEC 60601-1-2:2014) | <p>Желательно использовать портативное и мобильное радиооборудование не ближе к любой части <b>портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3</b> в том числе к кабелям, чем рекомендованное расстояние разделения, рассчитанное по уравнению, примененному к частоте передатчика.</p> <p>Рекомендованное расстояние разделения <math>d=1.2 \sqrt{P}</math></p> <p><math>d=1.2 \sqrt{P}</math> от 80 МГц до 800 МГц<br/> <math>d=2.3 \sqrt{P}</math> от 800 МГц до 2,7 ГГц<br/>     где Р – максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно данным производителя передатчика, а d – рекомендованное расстояние разделения в метрах (м).</p> <p>Желательно, чтобы напряженность поля, излучаемого стационарными РЧ передатчиками, определенная в результате обследования электромагнитной обстановки, была ниже уровня соответствия в каждом частотном диапазоне.</p> <p>Интерференция может возникнуть вблизи оборудования, помеченного следующим знаком: (   )</p> |

**ПРИМЕЧАНИЕ 1:** При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон.

**ПРИМЕЧАНИЕ 2:** Настоящие указания нельзя применять ко всем ситуациям. На распространение ЭМВ влияют поглощение радиоволн сооружениями, предметами и людьми и отражение радиоволн от них.

а. Предсказать точно напряженность поля, излучаемого стационарными передатчиками, такими как базовые станции для радиотелефонов (сотовых/беспроводных) и наземные мобильные радиостанции, любительские радиостанции, оборудование АМ/ЧМ-радиовещания и ТВ-вещания, теоретически невозможно. При оценке электромагнитной среды вблизи стацио-

нарных РЧ передатчиков следует учитывать результаты обследования электромагнитной обстановки. Если измеренная напряженность поля на месте использования **портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3** превышает примененный уровень соответствия РЧ, указанный выше, следует проверить **портативный ирригатор полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3** на предмет нормальной работы. При ненормальной работе необходимо принять дополнительные меры, такие как перенаправление или перемещение портативного ирригатора полости рта CS-3. Желательно, чтобы в частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля была меньше 3 В/м.

**Рекомендованные расстояния разделения между портативным или мобильным радиооборудованием и портативным ирригатором полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3**

**Портативный ирригатор полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3** предназначен для использования в электромагнитной среде, в которой контролируются помехи от излучаемых радиоволн. Заказчик или пользователь портативного ирригатора полости рта CS-3 может предотвратить электромагнитную интерференцию, сохранив минимальное расстояние между портативным или мобильным радиооборудованием (передатчиками) и **портативным ирригатором полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3** согласно нижеприведенным рекомендациям и в зависимости от максимальной выходной мощности оборудования связи.

| Номинальная максимальная выходная мощность передатчика (Вт) | Расстояние разделения в зависимости от частоты передатчика (м) | от 150 кГц до 80 МГц<br>D=1,2 √P | от 80 МГц до 800 МГц<br>D=1,2 √P | от 800 МГц до 2,5 ГГц<br>D=2,3 √P |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 0,01  | 0,12   | 0,12                             | 0,23                             |                                   |
| 0,1   | 0,38   | 0,38                             | 0,73                             |                                   |
| 1   | 1,2  | 1,2                              | 2,3                              |                                   |
| 10  | 3,8  | 3,8                              | 7,3                              |                                   |
| 100   | 12   | 12                               | 23                               |                                   |

Для передатчиков с другой максимальной номинальной выходной мощностью рекомендованное расстояние разделения d в метрах (м) можно определить с помощью уравнения, применимого к частоте передатчика, где P – максимальная номинальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно данным производителя передатчика.

**ПРИМЕЧАНИЕ 1:** При 80 МГц и 800 МГц применяется расстояние разделения для более высокого частотного диапазона.

**ПРИМЕЧАНИЕ 2:** Настоящие указания нельзя применять ко всем ситуациям. На распространение ЭМВ влияют поглощение радиоволн сооружениями, предметами и людьми и отражение радиоволн от них.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ**

ISO 780:1997, EN 980:2008, EN 1041:2008, ISO 2234:2000, ISO 2248:1985,  
ISO 7010:2011, EN ISO 10993-1:2009 / AC:2010, EN ISO 10993-5:2009,  
ISO 10993-10:2010, EN ISO 13485:2012, EN ISO 14155:2011, EN ISO 14971:2012,  
EN ISO 15223-1:2012, EN 60601-1:2006 / AC:2010, EN 60601-1:2001,  
EN 60601-1-2:2007, IEC 60601-1-6:2010, EN 60601-1-11:2010,  
EN 62304:2006 / AC:2008, EN 62366:2008, MEDDEV 2.7.1 rev. 3,  
MEDDEV 2.12-1 rev. 8 Jan. 2013, MEDDEV 2.12-2 rev. 2 Jan. 2012

**АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ  
И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ  
CS MEDICA**

Адрес и телефоны Центра технического обслуживания в Москве:  
**000 «СиЭс Медика ТехЭксперт»**

**127006, Москва,**

**Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 14 (м. «Маяковская»)**

**Тел/факс:** (499) 995-11-32 (многоканальный)

**E-mail:** cstechexpert@mail.ru (центр технического обслуживания)  
**www.cstechexpert.ru**


Часы работы Центра технического обслуживания в Москве:  
пн-пт: с 9:30 до 19:00

(без перерыва на обед),

сб: с 10:00 до 18:00

(без перерыва на обед),

вс и праздничные дни –  
выходной



**Схема расположения  
Центра технического  
обслуживания в Москве**

- Аразмас, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05, arz.cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202, cs\_medicarm@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЭс Медика Поморье», ул. Суворова, 2, оф. 7, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЭс Медика Астрахань», ул. Боечная, д. 134, корп.5 тел.: (8512) 38-20-78, csmedica5@mail.ru
- Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-barnaul@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Архиерейская, д. 2А, оф. 11, тел.: (4722) 42-12-94, cs\_belmed@mail.ru
- Благовещенск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25, csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Мира, д. 41 тел.: (3953) 36-29-28, bratsk@csmedica.ru
- Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Мерцекова-Болотова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, pogorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЭс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, оф.24, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЭс Медика Вологда», Советский пр-т., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedika@vologda.ru
- Воронеж, Офис «СиЭс Медика Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76, voronezh@csmedica.vrn.ru Сервисно-консультационный центр, ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11, тел.: (473) 232-03-58, (473) 255-08-71, (910) 732-03-58, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СиЭс Медика Урал», ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, region66@csmedica.ru Сервисно-консультационный центр, ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service66@csmedica.ru
- Иваново, ООО «СиЭс Медика Ярославль», ул. Степанова, дом 5, оф. 105, (4932) 26-76-90, 26-76-10, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СиЭс Медика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-74-74, (3952) 43-69-05 office38@csmedica.ru
- Йошкар-Ола, ООО «СиЭс Медика Чебоксары», пр-т Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@magi-el.ru
- Казань, ООО «СиЭс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskn@mail.ru

Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13,

тел.: (843)528-01-70, csknpl@mail.ru

• Калининград, ООО «СиЭс Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49е, оф. 206,

тел.: (4012) 95-38-65, 8 (963) 737-79-94, kaliningrad@csmedica.ru

• Калуга, ООО «СиЭс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989,

595-069, 909-989, (903) 636-50-69, csmedica\_kaluga@mail.ru

• Кемерово, ООО «СиЭс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103,

тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, kemerovo@csmedica.ru

• Киров, ООО «СиЭс Медика Вятка», Студенческий пр-т, д. 19, корп. 2,

тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, cs43@mail.ru

• Кострома, ООО «СиЭс Медика Ярославль», пр-т Мира, д. 51, оф.7,

тел.: (4942) 63-77-79, (4942) 55-28-73, csmedica-kostroma@mail.ru

• Краснодар, Офис ООО «СиЭс Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1,

тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, otgov@kubannet.ru

Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17,

тел.: (861) 238-47-95, service23@csmedica.ru

• Красноярск, ООО «СиЭс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21,

оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98,

info@csmedicaenisey.ru

• Курск, ООО «СиЭс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1,

тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru

• Липецк, ООО «СиЭс Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3,

тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru

• Магнитогорск, ООО «СиЭс Медика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9,

тел.: (3519) 29-49-14, mgn@csmedica.ru

• Махачкала, ООО «СиЭс Медика Махачкала», ул. Богатырева, д. 11а, корп. 119,

подъезд № 5, тел.: (928) 941-00-20, director5@csmedica.ru

• Минеральные Воды, ООО «СиЭс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов,

д. 106, тел.: (8792) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedicaktmu@mail.ru

• Мурманск, ООО «СиЭс Медика Карелия» (Петрозаводск), пр-т Кольский, д. 196,

2 этаж телеф.: (812) 52-53-43, murmanskk@csmedica.ru

• Набережные Челны, ООО «СиЭс Медика Казань», пр-т Московский, д. 91,

тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru

• Нижневартовск, ООО «СиЭс Медика Тюмень»

ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, моб.: (982) 970-32-23, nvk@csmedica.ru

• Нижний Новгород, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50,

тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru

• Новокузнецк, ООО «СиЭс Медика Кемерово», пр-т Металлургов, д. 48,

тел.: (923) 464-05-18 novokuznetsk@csmedica.ru

• Новосибирск, ООО «СиЭс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169,

тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru

• Омск, ООО «СиЭс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104,

тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, csmedika\_omsk@mail.ru

• Орёл, ООО «СиЭс Медика Орёл», ул. Московская, д.80, тел.: (4862) 54-24-00,

orel@csmedica.ru

• Оренбург, ООО «СиЭс Медика Оренбург», ул. 8 Марта, 21 / ул. Правды, 22,

тел.: (3532) 404-607, 404-608, osorenburg@mail.ru

- Орехово-Зуево, ООО «СиЭс Медика Подмосковье», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (499)504-43-28, csprodmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СиЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, renza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СиЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, perm@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СиЭс Медика Карелия», ул. Маршала Мерецкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, пом. 1001, тел.: (911) 885-07-56, pskov@csmedica.ru
- Ростовъ, ООО «СиЭс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossosh@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фрунзенская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85, (863) 231-03-86, (863) 231-04-85, (863) 231-04-86, (863) 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СиЭс Медика Рязань», ул. Семёнов Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, guzap@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СиЭс Медика Самара», ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 405, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, samara@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 406, тел.: (846) 254-14-19, csmedica-samara@sama.su
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», Малодетское сельский пр-т, д. 36, тел.: (812) 467-46-26, csnw@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, Малодетское сельский пр-т, д. 36, лит. Н, тел.: (812) 409-40-30, spbservice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СиЭс Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СиЭс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, saratov@csmedica.ru
- Саров, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), пр-т Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77, arz\_csi1@bk.ru, arz\_csi@bk.ru
- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», ул. Жильцовой, д. 4, пом.2, тел.: (978) 137-90-68, (978)137-90-68, director82@csmedica.ru
- Смоленск, ООО «СиЭс Медика Смоленск», ул.2-я Линия Красноармейской Слободы, д. 5, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции, д. 4/41, тел.: (8622) 61-57-65, cs\_medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СиЭс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, оф.3 тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicastv@mail.ru
- Сургут, ООО «СиЭс Медика Тюмень», ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №3, тел.: (3462) 25-46-17, (922) 074-32-72 surgut@csmedica.ru
- Тамбов, ООО «СиЭс Медика Тамбов», ул. Ореховая, д. 10, пом. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЭс Медика Тверь», пр-т Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, (4822) 65-65-52, tver@csmedica.ru

- Тольятти, ООО «СиЭс Медика Самара», б-р Гая, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, tlf@csmedica.ru
- Томск, ООО «СиЭс Медика Томск», ул. Пушкина 18, стр. 1, подъезд №3, 2 этаж, тел.: (3822) 902-703, info\_toms@mail.ru
- Тула, ООО «СиЭс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tulfa@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЭс Медика Тюмень», ул. Амурская, д.4, оф. 6, тел.: (3452) 34-22-70, (919) 944-10-11, cstymen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Терешковой д. 26, пом. 23, тел.: (3012) 210-428, 210-378, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.uln@yandex.ru
- Уфа, ООО «СиЭс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, пом.21-24, 30, тел.: 8(347) 200-09-03, 8-800-500-1105, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье», ул. Владивостокская, д.16, оф.116, тел.: (4212) 70-12-65, csmedica\_hab@mail.ru
- Чебоксары, ООО «СиЭс Медика Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СиЭс Медика Челябинск», ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica.ru
- Череповец, ООО «СиЭс Медика Вологда», пр-т Лунечарского, д. 51, оф. 11, тел.: (3202) 55-52-63, моб.: (921) 834-78-65 csmedicacherepovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чкалова, д. 124, оф. 116, тел.: 8(3022) 21-05-05, 8 (914) 368-56-05, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Ионова, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhuti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СиЭс Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 20-12-50, 73-11-82, 90-66-53 cs-yar76@yandex.ru



СиЭс МЕДИКА

Произведено по заказу и под контролем

ООО «СиЭс Медика»

Импортером и уполномоченным представителем  
производителя, официальным представителем  
торговой марки CS Medica на территории  
Российской Федерации, а также  
Евразийского экономического союза  
является фирма ООО «СиЭс Медика»

**Юридический адрес:**

127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 9

**Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80**

**ООО «СиЭс Медика»**

**127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 9**

**Тел./факс: (495) 363-16-52**

**E-mail: csinfo@csmedica.ru**

**www.csmedica.ru**



**Производитель:**

Inwood Electronic Co., Ltd. (Инвуд Електроник Ко., Лтд.)

3F, A and B Building, No 176, Kang Yi Road,

Yinshan Industrial Park, Qing Xi Town, 523658,

Dongguan City, China

(ЗФ, Эй энд Би Билдинг, №176, Кан И Роуд,

Иньшань Индастриал Парк, Цинси Таун, 523658,

Дунгуань Сити, Китай)

Тел.: 0086-7698-7291628

Сделано в Китае

Дата выпуска текущей версии руководства  
по эксплуатации: 19.10.2021 г.

d19 m10 g2021